



บันทึกข้อความ

จังหวัดชลบุรี ๘๖๖
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ จังหวัดอุดรธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ที่ สร ๐๗๒๒.๔๐/ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

ตามที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มวิศวกรรมทางการแพทย์ (งานสอบเทียบ) ได้เข้าดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ตามร้องขอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ เครื่อง	จำนวนเครื่อง
๑. Ambient Thermometer	๑๒ เครื่อง
๒. Blood Pressure	๔๕ เครื่อง
๓. Digital Blood Pressure	๑๒๑ เครื่อง
๔. Droptone	๑๓ เครื่อง
๕. Hematocrit	๒๑ เครื่อง
๖. Parameter Tester	๑๘ เครื่อง
๗. Patient Thermometer	๕ เครื่อง
๘. Pulse Oximeter	๑๔ เครื่อง
๙. Weighting Machine (Adult)	๖๒ เครื่อง
๑๐. Weighting Machine (Neo)	๒๑ เครื่อง

เครื่องที่ส่งเข้าทดสอบ/สอบเทียบ จำนวน ๓๔๐ เครื่อง ทดสอบ/สอบเทียบจำนวน ๑๐ รายการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓๔ เครื่อง และบำรุงรักษา จำนวน ๓๔๐ เครื่อง

ปัญหาอุปสรรคในการทดสอบ สอบเทียบและแนวทางการแก้ไข เครื่องมือที่ไม่สามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

เครื่อง	ยี่ห้อ	หมายเลข ID	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑ Blood Pressure	TRIMLINE	BPA-PCU-01	ไม่พร้อมใช้งาน
๒ Blood Pressure	TRIMLINE	BPA-PCU-01	ไม่พร้อมใช้งาน
๓ Blood Pressure	TRIMLINE	BPA-PCU-01	error มาก
๔ Blood Pressure	TRIMLINE	BPA-PCU-03	ไม่พร้อมใช้งาน

๕	Digital Blood Pressu OMRON	BPD-PCU-03	ชำรุด
๖	Digital Blood Pressu MICROLIFE	BPD-PCU-12	ไม่พร้อมใช้งาน
๗	Weighting Machine (ZEPPER	WEA-PCU-01	ไม่มีกระจก
๘	Weighting Machine (ZEPPER	WEB-PCU-01	ไม่พร้อมใช้งาน

รวมจำนวน ๘ เครื่อง เห็นควรให้ทางโรงพยาบาล พิจารณาคำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป



(นายกิตติพงษ์ แสงแก้ว)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป
 ๕. Digital Blood Pressure OMRON BPD-PCU-03
 ๖. Digital Blood Pressure MICROLIFE BPD-PCU-12
 ๗. Weighting Machine (ZEPPER) WEA-PCU-01
 ๘. Weighting Machine (ZEPPER) WEB-PCU-01
 รวมจำนวน ๘ เครื่อง เห็นควรให้ทางโรงพยาบาล พิจารณาคำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

U/ร.ร.
 (นางสาวชวีพร ...)
 ผู้ควบคุมงาน ...

- ศศน/คท/คปท
 - ศศน/คท/คปท
 เพื่อดูแลงานต่อไป
